Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

XS Cond 50 VioLab conduttimetro da banco - Cella 2301 T



Codice: *50103002*

SCHEDA TECNICA

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Prestazioni

Range di misura EC	0,00 µS ... 200 mS
Accuratezza EC	±2 % f.s.
Risoluzione EC	0,01 - 0,1 - 1 µS / 0,01 - 0,1 mS
Tamponi riconosciuti EC	84 µS - 147 µS - 12,88 µS - 111,8 µS - 1 valore user
Costante di cella	0,1 / 1 / 10 selezionabile
Coefficiente di temperatura	0,00 ... 10,00
Temperatura di riferimento	+15 ... +30
Compensazione della temperatura	0,0 ... 100,0 °C
Range di misura TDS	0.1 mg/l ... 200 g/l
Fattore TDS	0,40 ... 1,00
Range di misura Temperatura	0,0 ... +100,0
Accuratezza temperatura	±0,5
Risoluzione temperatura	0,1 °C

Caratteristiche

Display	LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato
Ingressi	BNC - RCA
Punti di calibrazione Cond	1 ... 4
Report di calibrazione	SÌ
Temperatura di lavoro	0 ... +45
Grado di protezione IP	54

Alimentazioni

Alimentazione	100 - 240

Dimensioni e peso

Dimensioni (LxPxA)	180*145*55
Peso	0.38

Normative applicate