Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

1X100 CYANIDE test 585 (Method 156-157)

Code: *84188743*



TECHNICAL DATA SHEET

Description	Reagents for cyanide tests - 100 tests
range of measurement	M156 0,005 - 0,2 mg/l CN / M157 0,01 - 0,5 mg/l CN
type	100 liquid tests
Method	156 / 157
Compatible instrument	M156 XD7000_M157 XD7000/MULTI/MD610