Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

XS Basic pH 9.21 /25°C (blu), 250 ml flacone autocal Soluzione di verifica



Codice: *51100073*

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche

Accuratezza	± 0.02
Certificato	Sì
Colore	Blu
Composizione	Acido borico (CAS 10043-35-3), idrossido di sodio (CAS 1310-73-2), cloruro di potassio (CAS 7447-40-7), colorante blu
Confezione	250 ml con comparto di taratura integrato
Descrizione	±0,02 / 25°C - Blu
Nome	pH 9,21
Valore nominale	pH 9.21 @ 25 °C
Volume	250 ml
Pericoli	Non pericoloso. Nessuna restrizione ADR