Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

1x20 BUSTINE 25ml pH 4.01±0.02/25°C (rosso), con certificato di analisi



Codice: *51102013*

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche

Accuratezza	± 0.02
Certificato	Report di prodotto
Colore	Rosa
Composizione	Potassio ftalato acido, potassio cloruro
Confezione	20 bustine da 25 ml
Descrizione	Confezione da 20 bustine da 25 ml, di colore rosso, con certificato di analisi
Nome	pH 4,01
Valore nominale	pH 4.01 @ 25 °C
Volume	25 ml
Pericoli	Non pericoloso. Nessuna restrizione ADR