Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

XS COND 7 Vio conduttimetro portatile - Cella EPT1

Codice: *50110442*



SCHEDA TECNICA

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Prestazioni

Range di misura EC	0.00 µS ... 200 mS
Accuratezza EC	±2 % f.s.
Risoluzione EC	0,01 / 0,1 / 1 (scala automatica)
Tamponi riconosciuti EC	84 µS - 147 µS - 1413 µS - 12,88 mS - 111,8 mS
Costante di cella	0.1 - 1 - 10
Coefficiente di temperatura	0,00 ... 10,00
Temperatura di riferimento	+15 ... +30
Compensazione della temperatura	0,0 ... 100,0 °C
Range di misura TDS	0.1 mg/l ... 200 g/l
Accuratezza TDS	±1 % f.s.
Fattore TDS	0.40 ... 1.00
Range di misura Temperatura	0.0 ... 100.0
Accuratezza temperatura	±0,5
Risoluzione temperatura	0.1 °C

Caratteristiche

Display	LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato
Ingressi	BNC - RCA
Punti di calibrazione Cond	1 ... 4 valori automatici - 1 valore user
Report di calibrazione	Sì
Spegnimento automatico	Dopo 20 minuti
Temperatura di lavoro	0 ... +45
Grado di protezione IP	57

Alimentazioni

Alimentazione	3 batterie AA 1,5

Dimensioni e peso

Dimensioni (LxPxA)	185 x 85 x 45
Peso	0.4

Normative applicate