Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

1X500ML. PH 6.881 PROFESSIONAL

Codice: *12002013*



SCHEDA TECNICA

Caratteristiche

Accuratezza	±0.010
Certificato	Certificato di analisi del produttore Reagecon ISO 17025
Colore	Limpido incolore
Composizione	Miscela di sostanze con additivi non pericolosi
Confezione	500 ml
Descrizione	±0,010 / 20°C - Incolore
Nome	pH 6,881 NBS
Valore nominale	pH 6.881 NBS ±0.010 / 20 °C
Volume	500 ml
Pericoli	Non pericoloso. Nessuna restrizione ADR